

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2010, PREGÃO (presencial)

Considerando erro na descrição dos item **68** do LOTE 03 Tiras reagente para diagnostico clinico, tipo de analise quantitativo de glicose, **CORRIGE-SE a descrição do referido item do LOTE 03 ANEXO I** do Edital do Processo Licitatório nº 9/2010, modalidade Pregão (na forma presencial), passando a vigorar conforme segue:

ANEXO I

MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2010, MODALIDADE PREGÃO – Registro de Preços

Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
68	300	Caixa	Tiras reagente para diagnostico clinico, tipo de analise quantitativo de glicose, com amplitude de medição entre 10 e 600mg/dl, com tecnologia de glicose desidrogenase com medição por amperometria e chip de codificação do lote; capacidade de medição em sangue total, capilar e neonato. Fornecimento de forma de comodato de no mínimo (20) aparelhos de medição de glicose compatíveis com as tiras ofertadas, incluindo assistência técnica e treinamento dos profissionais que irão manusear os aparelhos biosensores para o gerenciamento de diabetes,+ lancetas estéreis individuais para a coleta de sangue capilar por punção digital.,apresentar a cópia da bula junto a proposta.			

A data de abertura e demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor.

Publique-se na imprensa oficial deste Município e no site www.campoalegre.sc.gov.br, inclusive o Edital consolidado.

Campo Alegre, 15 de março de 2010.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal